




PROTOCOL DEL SERVEI DE DIAGNÒSTIC PER IMATGE (SDI) DURANT EL PERÍODE DUAL

 Badalona Serveis Assistencials	PROTOCOL DEL SERVEI DE DIAGNÒSTIC PER IMATGE (SDI) DURANT EL PERÍODE DUAL	
Edició: 0	Data: 08-05-2020	Pàgina 2 de 11

Data de caducitat d'aquest procediment: 2 anys

Edició	Data	Modificacions introduïdes respecte edicions anteriors
0	08-05-2020	

 Badalona Serveis Assistencials	PROTOCOL DEL SERVEI DE DIAGNÒSTIC PER IMATGE (SDI) DURANT EL PERÍODE DUAL	
Edició: 0	Data: 08-05-2020	Pàgina 3 de 11

ÍNDEX

1.-	OBJECTE	4
2.-	ABAST	4
3.-	REFERÈNCIES	4
4.-	DEFINICIONS	4
5.-	DESENVOLUPAMENT	5
6.-	RESPONSABILITATS	5
7.-	ANNEXES	5

 Badalona Serveis Assistencials	PROTOCOL DEL SERVEI DE DIAGNÒSTIC PER IMATGE (SDI) DURANT EL PERÍODE DUAL	
Edició: 0	Data: 08-05-2020	Pàgina 4 de 11

1.- OBJECTE

L'objecte del present procediment és definir el maneig dels pacients que s'han de sotmetre a una exploració en el SDI durant el període dual de convivència de malalts positius i/o sospitosos de malaltia covid-19 i malalts no positius, garantint la seguretat dels pacients i professionals i adaptant-nos a les característiques estructurals del servei. Aquesta adaptació a la nova situació ha de contemplar:

- 1. Creació de noves agendes. Davant els límits de les infraestructures, amb la conseqüent dificultat d'assegurar la distància de seguretat en les sales d'espera, i la manca de disposició de duplicar els dispositius, s'haurà d'adequar el temps de programació per tal d'assegurar el manteniment de la distància de seguretat entre pacients i la neteja adient de les instal·lacions entre exploracions.*
- 2. Priorització dels pacients urgents, sospitosos de neoplàsia i qualsevol pacient que compleixi amb els criteris clínics d'urgència.*

2.- ABAST

Tots els pacients de BSA (Hospital Municipal de Badalona, Centre Sociosanitari del Carme i Atenció Primària de BSA) que s'hagin de sotmetre a una exploració al Servei de Diagnòstic per Imatge (SDI)

3.- REFERÈNCIES

- La Radiologia desde la aparición de la infección COVID-19. Análisis y recomendaciones. 1º Edición. Abril 2020. SERAM.*
- PLA DE CONTIGÈNCIA DUAL DE BSA PER A LA NOVA CONVIVÈNCIA AMB PATOLOGIA COVID19*
- Recomanacions pel restabliment de l'activitat als Departaments de Diagnòstic per la Imatge segons l'evolució de la pandèmia de SARS-cov-2. Radiòlegs de Catalunya-Societat Catalana de Radiologia i Diagnòstic per la Imatge. Propostes d'actuació en la fase de des-confinament. Abril 2020.*
- COVID-19. ISRRRT Response Document - Appropriate and safe use of Medical Imaging and Radiation Therapy with infection control measures considered in addition to standard radiation protection procedures. ISRRRT Board of Management approved April 2020 .*
- COVID-19. Lo que el técnico tiene que saber. Versión 1.23/03/2020. SERAM.*

 Badalona Serveis Assistencials	PROTOCOL DEL SERVEI DE DIAGNÒSTIC PER IMATGE (SDI) DURANT EL PERÍODE DUAL	
Edició: 0	Data: 08-05-2020	Pàgina 5 de 11

4.- DEFINICIONS

Protocol: document que recull el conjunt d'actuacions que es realitzen en una determinada situació o circumstància clínica concreta.

SDI: Servei de Diagnòstic per Imatge

TSDI : Tècnic Superior de Diagnòstic per Imatge

EPI: Equip de protecció individual

5.- DESENVOLUPAMENT

Hem dividit el procés de diagnòstic per imatge en els següents capítols:

5.1. Petició de la prova:

5.1.2. Justificació de la petició : Donat que la capacitat de resposta del servei de radiologia es reduirà per la necessitat d'adequació a la nova situació , és imprescindible justificar i valorar acuradament la indicació de les proves , per tal d'evitar potencials riscos que superin el benefici de la prova i a estalviar les demores en respostes terapèutiques per una prova diagnòstica d'escàs rendiment.

5.1.3. Contingut de la petició : el metge prescriptor farà constar:

-informació clínica

-sospita diagnòstica

-dades covid-19. És **imprescindible** disposar a la sol·licitud de la informació respecte a covid-19, per tal d'incloure els pacients al circuit més segur .

-consentiment informat (pot ser oral en casos justificats, i sempre ha de constar al curs clínic)

-prioritat de l'exploració (urgent, preferent, ordinària o pacient inclòs en circuit de diagnòstic ràpid)

5.2. Revisió de la petició.

5.2.1. revisió realitzada pel clínic prescriptor per a exploracions demanades abans del brot epidèmic.

Classificació en tres categories:

1. exploració que es pot CANCEL·LAR, bé pel temps que ha passat o per la patologia sospitada.

 Badalona Serveis Assistencials	PROTOCOL DEL SERVEI DE DIAGNÒSTIC PER IMATGE (SDI) DURANT EL PERÍODE DUAL	
Edició: 0	Data: 08-05-2020	Pàgina 6 de 11

2. exploració per a reprogramar: reprogramació TARDANA (es pot demorar)

3. exploració per reprogramar: reprogramació PRIORITÀRIA.

5.2.2. Revisió realitzada pel radiòleg per a exploracions demanades durant el període dual de convivència amb patologia covid-19. Classificació en les categories: 1(anulació) , 2 (reprogramació tardana) i 3 (reprogramació prioritària). En cas d'anulació (categoria 1) consens amb el metge prescriptor.

5.3. Citació del pacient. La citació podrà ser:

5.3.1. Telefònica: l' administratiu/va del SDI farà les següents recomanacions:

- respectar l' horari assignat per la prova
- venir sense acompanyant (excepte persones dependents)
- portar mascareta

5.3.2. Per correu: s'adjuntarà amb la carta de citació document explicatiu amb les recomanacions indicades prèviament (en la citació telefònica). Veure annexa 1.

Sempre que sigui possible, agrupar proves i /o visites el mateix dia per evitar desplaçaments dels pacients.

5.4. Realització de l' exploració

Classificarem els pacients segons la procedència i segons si són sospitosos o confirmats d'infecció per coronavirus.

5.4.1.1. Pacient urgent procedent d' ABS amb sospita de covid-19. Veure annexa 2.

5.4.1.2. Pacient de consulta externa especialitzada o ABS.

a) El personal assistencial farà una llista de verificació a l' entrada de l ' Hospital , segons protocol de l'organització. Això permetrà incloure els pacients en un dels dos circuits habilitats:

CIRCUIT DE BAIX RISC:

a.1. pacient negatiu. Que tingui PCR negativa el dia anterior o mateix dia de l'exploració.

a.2. pacient baix risc de covid-19. Pacient asimptomàtic que no s'ha fet PCR.

 Badalona Serveis Assistencials	PROTOCOL DEL SERVEI DE DIAGNÒSTIC PER IMATGE (SDI) DURANT EL PERÍODE DUAL	
Edició: 0	Data: 08-05-2020	Pàgina 7 de 11

CIRCUIT D'ALT RISC:

a.3. pacient d' alt risc de covid-19: pacient simptomàtic que no s'ha fet PCR o amb PCR negativa.

a.4. covid-19. Pacient amb PCR +

En cas d' una resposta afirmativa el personal assistencial de recepció de l' hospital consultarà al tècnic superior de diagnòstic per imatge (TSDI) o al metge radiòleg responsables de l ' exploració per tal de classificar al pacient en un dels següents grups:

- possible covid-19 amb necessitat de realització de la prova . Introducció en circuit d' alt risc.

-possible covid-19 amb possibilitat de postposar o anul·lar la prova. Segons criteri assistencial:

- s'envia el malalt a domicili per a que contacti amb el seu metge, o bé
- es deriva el pacient a Urgències Hospitalàries

b) Quan el pacient arriba a la recepció del SDI l'administratiu/va recomanarà higiene de mans abans d' entrar al SDI.

d) L'administratiu/va del SDI marcarà a SISDI l'arribada del pacient.

e) L'administratiu/va indicarà en quina sala haurà d' esperar, ocupant els seients lliures i respectant la distància de seguretat entre pacients (2m). En cas de que la sala d' espera estigui ocupada a la seva capacitat màxima, l ' administratiu indicarà al pacient que esperi al carrer el temps necessari. També hauran d' esperar fora els acompanyants de persones no dependents.

d) El personal assistencial que correspongui (auxiliar, TSDI, infermer/a o metge radiòleg) farà la identificació inequívoca del pacient, comprovarà en quin circuit s'ha inclòs i el farà passar a sala d'exploració.

El personal estarà equipat amb l' equip de protecció individual (EPI) adient segons el circuit i haurà de seguir les mesures de prevenció i seguretat. Veure annex 3.

5.4.2. Pacients ingressats a l' Hospital d' Aguts i derivats al SDI des del Servei d' Urgències.

a) pacients amb covid-19:

-el TSDI, auxiliar o infermer/a consensuarà amb el portalliteres el moment de traslladar el pacient al SDI.

 Badalona Serveis Assistencials	PROTOCOL DEL SERVEI DE DIAGNÒSTIC PER IMATGE (SDI) DURANT EL PERÍODE DUAL	
Edició: 0	Data: 08-05-2020	Pàgina 8 de 11

-el trasllat es farà en llitera o cadira, utilitzant l'ascensor habilitat per aquests pacients.

-el pacient passarà directament a la sala d' exploració, i el professional realitzarà la prova. Si és necessari canalitzar una via venosa, es farà dintre de la sala d' exploració. El professional estarà equipat amb l' equip de protecció individual (EPI) adient segons el circuit i haurà de seguir les mesures de prevenció i seguretat . Veure annexe 3.

-un cop finalitzada la prova, el mateix portalliteres, el traslladarà de nou a la planta.

Si la sala d'exploració estigués ocupada, el pacient esperarà a la zona de passadís dos.

És important coordinar el trasllat del pacient per que aquest estigui el menor temps possible al SDI.

Posteriorment es fa la neteja de l' equipament que ha estat en contacte amb el pacient en tots els casos.

b) pacients no covid-19 :

-el TSDI, auxiliar o infermer/a consensuarà amb el portalliteres el moment de traslladar el pacient al SDI.

-el trasllat es farà en llitera o cadira utilitzant l'ascensor habilitat per aquests pacients (aquest ascensor per les seves mesures no té capacitat per traslladar llits).

-el pacient passarà directament a la sala d' exploració. Si és necessari canalitzar una via venosa, es farà dintre de la sala d' exploració. El professional estarà equipat amb l' equip de protecció individual (EPI) adient segons el circuit i haurà de seguir les mesures de prevenció i seguretat. Veure annexe 3.

- un cop finalitzada la prova, el mateix portalliteres, el traslladarà de nou a la planta.

Si la sala d'exploració estigués ocupada, el pacient esperarà a la zona de passadís dos.

És important coordinar el trasllat del pacient per que aquest estigui el menor temps possible al SDI.

Posteriorment es fa la neteja de l' equipament que ha estat en contacte amb el pacient en tots els casos.

5.4.3. Pacients derivats del Centre Sociosanitari del Carme (CSSC): pacients covid-19 i pacients no covid-19:

-el pacient arribarà en ambulància al SDI, respectant l' horari assignat.

 Badalona Serveis Assistencials	PROTOCOL DEL SERVEI DE DIAGNÒSTIC PER IMATGE (SDI) DURANT EL PERÍODE DUAL	
Edició: 0	Data: 08-05-2020	Pàgina 9 de 11

-el pacient passarà directament a la sala d' exploració, i el professional realitzarà la prova. Si és necessari canalitzar una via venosa, es farà dintre de la sala d' exploració. El professional estarà equipat amb l' equip de protecció individual (EPI) adient segons el circuit. Veure annexe 3.

- un cop finalitzada la prova, la mateixa ambulància el traslladarà de nou al CSSC.

Si la sala d'exploració estigués ocupada, el pacient esperarà a la zona de passadís dos.

És important coordinar el trasllat del pacient per que aquest estigui el menor temps possible al SDI.

Posteriorment es fa la neteja de l' equipament que ha estat en contacte amb el pacient en tots els casos.

5.4.4. Pacients que s'han de realitzar una radiografia al Servei de Radiologia d' Urgències :

- el metge o infermer/a del Servei d' Urgències farà la petició. A la petició ha de constar si existeix sospita de covid-19 o covid-19 + confirmat.

-el portalliteres acompanya el pacient al Servei de Radiologia d' Urgències.

-el personal assistencial fa la identificació del pacient i realitza l' exploració. Si és necessari canalitzar una via venosa, es farà dintre de la sala d' exploració. El TSDI estarà equipat amb l' equip de protecció individual (EPI) adient segons el circuit i haurà de seguir les mesures de prevenció i seguretat. Veure annexe 3.

Posteriorment es fa la neteja de l' equipament que ha estat en contacte amb el pacient en tots els casos.

5.5. Realització de l' informe:

-potenciar la teleradiologia.

-mantenir l' informe de la RX tòrax al SDI.

5.6. Higiene i desinfecció de les instal·lacions del SDI.

-Col·locació de catifes antibacterianes o catifes absorbents Liqui-Loc (impregnades amb hipoclorit) a les entrades del servei , a l' entrada de cada una de les sales d' exploració i a les entrades de les zones «netes» del servei (office i sales d' informes).

-Neteja de l' equipament que ha estat en contacte amb el pacient : es fa després de cada exploració pel professional del SDI (TSDI, auxiliar o infermer/a).

 Badalona Serveis Assistencials	PROTOCOL DEL SERVEI DE DIAGNÒSTIC PER IMATGE (SDI) DURANT EL PERÍODE DUAL	
Edició: 0	Data: 08-05-2020	Pàgina 10 de 11

-Neteja de material d'ús dels professionals (ordinadors, teclats...): la faran els professionals del SDI.

-Neteja exhaustiva de sales d' exploració i equipament radiològic, sales d'espera de pacients, sales de treball de professionals i resta d'espais del SDI. Imprescindible neteja exigent dels llocs de treball abans i després de cada torn. La neteja inclou: taules, cadires, telèfons, estacions de treball....

- Desinfecció més intensa de l' equipament radiològic en els casos de circuit covid +.

És necessari incrementar la dotació de personal de neteja en tots els torns per a garantir una desinfecció profunda d' aquests espais, incloent portes, manetes, cadires, parets, terres , etc. De la mateixa manera, és imprescindible establir i mantenir unes rutines de neteja periòdiques estrictes (després de cada torn i sempre que es requereixi pel tipus de pacient explorat).

Les necessitats de neteja i desinfecció de cada equipament radiològic queden detallades a l' annexe 4.

6.- RESPONSABILITATS

-Metge prescriptor. En la justificació de les exploracions i la informació clínica adequada. En la revisió de les peticions.

-Personal administratiu. Difusió i comprovació de les mesures de seguretat dintre de les seves competències.

-Personal assistencial del SDI. En la realització de l' exploració garantint la qualitat i el compliment de les mesures de prevenció i seguretat.

-Metge radiòleg. Revisió de peticions i realització dels informes.

 Badalona Serveis Assistencials	PROTOCOL DEL SERVEI DE DIAGNÒSTIC PER IMATGE (SDI) DURANT EL PERÍODE DUAL	
Edició: 0	Data: 08-05-2020	Pàgina 11 de 11

7.- ANNEXES

ANNEXE 1. RECOMANACIONS PACIENTS AMB CITA AL SDI

ANNEXE 2. CIRCUIT RADIOLOGIA-ATENCIÓ PRIMÀRIA PER A PACIENTS SOSPITOSOS DE COVID-19

ANNEXE 3. EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPIS) I MESURES DE PREVENCIÓ PER A PROFESSIONALS

ANNEXE 4. HIGIENE I DESINFECCIÓ DE SALES DEL SDI

ANNEXE 1. RECOMANACIONS PACIENTS AMB CITA AL SDI

- Si tiene **fiebre, tos, síntomas respiratorios** o cree que tiene una posible infección, comuníquelo nada más llegar.
- Deberá llevar **mascarilla**.
- Mantenga una **distancia de seguridad** (2 metros) con otras personas, especialmente durante la espera.
- Si es posible, **no venga acompañado**. Cuanta menos gente venga al servicio de radiología, más seguridad. En caso de que tenga que venir con alguien, evite que sean niños, personas con enfermedades y, sobre todo, con cualquier posible infección. Probablemente el acompañante deberá esperar fuera del centro durante la exploración.
- Le pediremos que responda un sencillo **cuestionario**. Es fundamental que lo responda con sinceridad. Nos ayudará a hacerle la prueba en las mejores condiciones.
- Si antes de venir al hospital nota **clínica respiratoria o fiebre** y la prueba para la que tiene la cita es demorable, llame para cancelar la cita. Ayudará a que disminuir el riesgo de infección de otros pacientes y los trabajadores.

-
- Si té **febre, tos, símptomes respiratoris** o creu que té una possible infecció, comuniqui- ho en arribar.
 - Haurà de portar **mascareta**.
 - Mantingui una **distància de seguretat** (2 metres) amb altres persones, especialment durant l'espera.
 - Si és possible, **no vingui acompanyat**. Quanta menys gent vingui al servei de radiologia, més seguretat. En cas que hagi de venir amb algú, eviti que siguin nens, persones amb malalties i, sobretot, amb qualsevol possible infecció.
 - Li demanarem que respongui un senzill **qüestionari**. És fonamental que ho respongui amb sinceritat. Ens ajudarà a fer-li la prova en les millors condicions.

- Si abans de venir a l'hospital nota ***clínica respiratòria o febre*** i la prova per a la qual té la cita és demorable, avisi per cancel·lar la cita. Ajudarà a disminuir el risc d'infecció d'altres pacients i els treballadors.

**ANEXE 2. CIRCUIT RADIOLOGIA-ATENCIÓ PRIMÀRIA EN PACIENTS AMB FEBRE
> 5 DIAS
(SOSPITA COVID-19). Dies laborables de 8,00h a 20,00h.**

1. El metge de primària farà la petició de RX tòrax urgent . A la petició constaran les dades clíniques (febre de >5 dies, sospita covid-19) i el telèfon del metge referent. Se li donarà al pacient una mascareta.
2. El pacient vindrà des de l' ABS a la recepció del SDI amb la petició de RX tòrax urgent. Si el pacient vé del domicili no portarà la petició en mà.
3. L' administratiu/a de recepció del SDI programarà la petició en la agenda ABS-urgents i avisarà al TSDI (entre 8,0h i 18,00h). A partir de les 18,00h l' administratiu/a de l' ABS programarà la RX en l' agenda ABS-urgents (que s' habilitarà mentre duri aquest circuit).
4. El TSDI farà la RX (amb EPI) en l' equip Definium 5000. Neteja posterior de l' equip segons recomanacions. El TSDI assignarà la RX al metge radiòleg . El metge radiòleg farà l' informe el mateix dia (RX realitzades entre les 8,00 h i les 15,00h) , o al dia següent (RX realitzades entre les 15,00 i les 20,00h)
5. El pacient esperarà a la sala d' espera del SDI fins que el truqui el metge d' atenció primària.
6. Entre les 8,00h del matí i les 18,00 h de la tarda, l' administrativa trucarà al metge referent per avisar que la RX està realitzada. Entre les 18,00 i les 20,00h el TSDI que ha realitzat la RX trucarà al metge.
7. El metge referent valorarà la RX i trucarà al pacient per a donar les instruccions de derivació:
 - a) a domicili
 - b) a l' ABS
 - c) a Urgències HMB/ Hospitalització
8. Hi haurà un radiòleg per consultes entre les 8,00 i les 15,00h (laborables) . Extensió : 2020

SEGUIMENT RADIOLÒGIC PACIENTS COVID-19 (RECOMANACIONS SERAM)

1. PACIENTS NO GREUS AMB BONA EVOLUCIÓ CLÍNICA : NO SEGUIMENT RX
2. PACIENTS GREUS AMB BONA EVOLUCIÓ CLÍNICA : CONTROL RX AL MOMENT DE L' ALTA (PER A TENIR IMATGE DE BASE)
3. PACIENTS AMB MALA EVOLUCIÓ: SEGONS CRITERI CLÍNIC (CONSENS AMB EL RADIOLOGIA)

NO ES RECOMANEN CONTROLS D' IMATGE DE FORMA RUTINARIA

ANNEXE 3

EQUIP DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)

- Utilitzar l' EPI adient per a cada situació segons el procediment del centre.
- Seguir el procediment per a la retirada d' EPIs documentat a la intranet.

MESURES DE PREVENCIÓ I SEGURETAT PER A PROFESSIONALS:

- Mantenir distància de seguretat (2m) entre professionals. Queden excloses les situacions en les quals l' atenció al pacient requereix la proximitat per col·laboració entre professionals. Limitar al màxim el nombre de professionals implicats.
- Mantenir distància de seguretat amb els pacients. Excepte quan l' atenció al pacient requereix proximitat o contacte inevitablement. Es requerirà utilització d' EPIs adients.
- Fer servir les EPIs recomanades a cada circuit. Canviar guants entre exploracions.
- Higiene de mans entre exploracions.
- Personalitzar els llocs de treball: no compartir durant el mateix torn estacions de treball ordinadors, teclats, telèfons, taules, etc..
- Si s'ha de compartir estació de treball, fer servir guants.
- Evitar qualsevol tipus de menjar als llocs de treball.
- Evitar entrar a l' office, bany de professionals i sales d' informe amb EPIs. Sí amb mascareta FFP2 coberta per mascareta quirúrgica i gorro.
- **Establir torns de descans per a limitar l' ocupació de l' office (màxim 3 persones simultàniament) . Mantenir les distàncies de seguretat i rentat de mans.**

Annex 4. HIGIENE I DESINFECCIÓ DE LES SALES AL SDI

Recomanacions generals:

- Dintre de les sales hi haurà el material imprescindible per evitar el contacte dels pacients.
- El personal de la sala utilitzarà l'equip de protecció adequat a cada situació.
- S'adaptarà el número de professionals per facilitar la realització de les proves amb la màxima seguretat.
- S'utilitzarà per la neteja – desinfecció de superfícies: tovalloletes o una dilució d'hipoclorit sòdic en aigua a 5000ppm (lleixiu de 40-50g. Diluïda al 1/10 en aigua : 9 parts d'aigua i una de lleixiu).
- És important que no quedi humitat en la superfície propera al pacient.
- La neteja de les sales d'espera de pacients, es prioritaria i es realitzarà amb una dilució de hipoclorit sòdic en aigua a 5000ppm.
- Els llençols, tovalloles i tot el material que s'utilitzi en cada exploració es canviarà en cada pacient.
- Es important netejar i desinfectar tot el material comú (ordinadors, telèfons), en la mida que sigui possible no es compartirà.
- Evitar, en la mesura possible, que el personal alié al servei entri a l'àrea de radiologia. En aquest cas, evitar que toquin els teclats dels ordinadors.
- Rentat de mans. Insistir en l'importància del rentat.
- En el cas que el pacient tingui infecció confirmada o alta sospita, es imprescindible realitzar una neteja específica de la sala.
- S'ha de portar un registre dels professionals que treballen a cada sala.

3.1 Sala de Radiologia Convencional :

- Es dedica una sala "bruta" per a pacients que presentin infecció confirmada o alta sospita. Mentre el pacient estigui a la sala, s'evitarà que toqui parets ni objectes.
- En finalitzar l'estudi es realitzarà neteja-desinfecció de les superfícies que hagin estat en contacte amb el pacient, incloure vestidor (seient, pany, penjador de roba).
- La resta de la neteja es realitzarà per personal de neteja en finalitzar el torn.

3.2 Sala de TC:

- Es cubriran les superfícies amb material d'un sol ús.
- En finalitzar l'estudi es realitzarà neteja-desinfecció de les superfícies que hagin estat en contacte amb el pacient, incloure vestidor (seient, pany, penjador de roba).
- S'aplicarà desinfectant a la camilla i al *gantry* amb tovalloletes o una dilució de hipoclorit sòdic en aigua a 5000ppm, especialment a l'interior.
- Es cubrirà el micròfon per evitar que entri líquid.
- La resta de la neteja es realitzarà per personal de neteja en finalitzar el torn.

3.3 . Sala d'Ecografia:

- Utilitzar fundes per cobrir la sonda.
- Es cubriran les superfícies amb material d'un sol ús.
- En finalitzar l'estudi es realitzarà neteja-desinfecció de les superfícies que hagin estat en contacte amb el pacient , incloure vestidor (seient, pany , penjador de roba).
- La pantalla i teclat es netejarà amb tovalloletes , no utilitzar ni aerosols, ni lleixiu ni alcohol.
- No es pulveritzarà mai els equips.
- Netejar les sondes només amb tovalloletes desinfectants.

3.4. Sala de Mamografia:

- En finalitzar l'estudi es realitzarà neteja-desinfecció de les superfícies que estat en contacte amb el pacient , incloure vestidor (seient, pany , penjador de roba), i del detector amb la pala del mamògraf.
- La resta de la neteja es realitzarà per personal de neteja en finalitzar el torn.

3.5. Sala de RM:

- Es cubriran les superfícies amb material d' un sol ús.
- En finalitzar l'estudi es realitzarà neteja-desinfecció de les superfícies que hagin estat en contacte amb el pacient , incloure vestidor (seient, pany , penjador de roba).
- Netejar les parets de la màquina amb un drap humit una dilució de hipoclorit sódic en aigua a 5000ppm, especialment a l'interior i eixugar amb un drap .
- Netejar els connectors de les bobinas amb un drap amb alcohol, no ultilitzar mai aerosols amb líquids inflamables.

3.6 . Estudis portàtils:

- Es prioritzarà els estudis portàtils per evitar desplaçaments als pacients infectats.
- Utilització dels EPIS per entrar a la sala.
- El *chasis* es cubrirà amb una bossa de plàstic.
- Es recomana que l' estudi es faci entre 2 TSDI, un equipat amb EPI I, el segon retirarà el chasis sense tocar la bossa.
- Un cop finaitzat el procediment es netejarà l' equip i el chasis amb una dilució de hipoclorit sódic en aigua a 5000ppm, .
- Si s' ha de realitzar un estudi a un altre pacient infectat dintre de la mateixa planta i secció , el TSDI pot utilitzar el mateix equip de protecció, només caldrà canviar la mascareta quirúrgica i els guants.